000/0020.125/30

Hydroskin Metaldetect, pansement imperméable bleu avec compresse Hydrogel

Hydroskin Metaldetect est surtout utilisé dans l'industrie alimentaire vu sa couleur bleue et sa bande métallique détectable. Le film bleu protège la blessure contre l'eau et les micro-organismes.

Propriétés

- Film bleu souple et compresse Hydrogel non collante qui absorbe les chocs.
- Film bleu en polyuréthane autour de la compresse: semi-perméable, donc imperméable à l'eau, à l'huile, à la graisse et aux bactéries, de l'extérieur vers l'intérieur, mais perméable de l'intérieur vers l'extérieur: la peau peut respirer suffisamment et l'exsudat excédentaire est éliminé. Caractéristique collante importante, hypoallergénique.
- Compresse Hydrogel: l'Hydrogel apporte de l'humidité aux tissus dévitalisés et absorbe l'exsudat excédentaire de la plaie. Ainsi, on crée un 'microclimat', stimulant une guérison de la blessure: la combinaison de l'Hydrogel, du suintement de la plaie et du manque d'oxygène crée un milieu humide, ce qui fait que la peau se rétablit plus vite. Peut favoriser l'angiogenèse. L'Hydrogel a un effet antidouleur et apaisant (plus de croûtes dures) et minimise la douleur lorsque le pansement est changé. Il n'y a plus de particules qui restent dans la blessure.
- Approuvé HACCP. Convient à l'industrie alimentaire: couleur bleue, imperméable et bande métallique détectable entre compresse et film.
- Emballé individuellement et stérilement.

Applications

Pour soigner la peau en cas de coupures ou d'écorchures. Ne convient pas pour des plaies profondes ou infectées, ni pour des plaies saignant fortement.

Utilisation

APPLIQUER

- Nettoyer d’abord la blessure.
- Sortir la compresse de l’emballage.
- Décoller la moitié de l’insert en plastique, la positionner sur la plaie ou la peau, la lisser en place et détacher la moitié restante.
- Retirer les films blancs.

RETIRER

- Enlever le pansement en détachant un coin. Etirer le pansement parallèlement à la peau.

CHANGER

- Lorsque les exsudats de plaie sont excessifs, le pansement doit être remplacé en temps opportun.
- S’il y a moins ou peu d’exsudats, le pansement peut être changé tous les 2 à 3 jours jusqu’à ce que la plaie cicatrise.

Contenu

40 unités

Préservation

- Conserver au frais et au sec à température ambiante.
- Date d’expiration: 36 mois DOM.

Ce produit est un dispositif médical classe I stérile, approuvé CE0123.

Version: 10/11/2026